

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

 Vizsgálati jegyzőkönyv száma:
813445/1

Minta sorszáma: 2700604

Megrendelő neve / címe:	EM-TECHNOLOGY HUNGARY Kft. 2011 Budakalász Szentendrei út 1-3.
Projekt:	Analitikai vizsgálat (2023/E/05688)
Minta megnevezése:	emóció 7.84 előflórás étrend-kiegészítő ital 1L
Mintaazonosító adatok:	2023-1-0942
Gyártó:	
Mintatípus:	Élelmiszerek (Étrendkiegészítők)
Mintavevő:	Páncsity Ferenc
Mintavétel ideje / Mintavétel helye:	2023. 06. 20. / 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.
Csomagolás / Mennyiség:	Műanyag flakon / 1000 ml
Beszállítás ideje:	2023. 06. 21. 10:30
Vizsgálat kezdete / vége:	2023. 06. 21. - 2023. 07. 17.
Megjegyzés:	

Kémiai-fizikai eredmények

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alkalmazott módszer
Fajsúly (sűrűség) (g/cm ³)*	1,003	IFU Method No 1
Zsirtartalom (g/100 ml)	<0,2	WBSE-78:2012
Hamutartalom (g/100 ml)	0,55	WBSE-105:2015
Titrálható savtartalom (mmolH ⁺ /100 ml)*	19,2	MSZ EN 12147:1998
Titrálható savtartalom citromsavban (g/100 ml)*	1,23	
Cukortartalom invertcukorként (g/100 ml)*	<0,1	MSZ 3625:1986
Nedvességtartalom (g/100 ml)	97,08	WBSE-107:2015
Száranyag-tartalom (g/100 ml)	3,25	
Fehérjetartalom (g/100 ml)**	0,6	MSZ 1385:1987
- Konverziós faktor a fehérjetartalom számításához (-)	6,25	
Szénhidráttartalom (g/100 ml)	<1	WBSE-144:2019
Energiatartalom (kJ/100 ml)	41	1169/2011/EU rendelet XIV. melléklet
Energiatartalom (kcal/100 ml)	10	
Nátrium (Na) (g/100g)#	0,005	Minta-előkészítés: MSZ EN 13805:2015 Mérés: EPA Method 6010C:2007
Sótartalom (Nátrium x 2,5) (g/100g)#	0,012	

(#) A 1169/2011/EU rendelet I. mellékletében meghatározott értelmezés szerint.

* NAH által nem akkreditált

**A vizsgálatot a NAH-1-1582/2021 számon akkreditált EUROFINS Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft., Gyula - akkreditáltan végezte.

A minta alacsony zsírtartalma miatt a zsírsavanalízist nem lehetett elvégezni. A telített zsírsavak mennyisége <0,2 g/100ml

 Balázs Gábor
Analitikai Osztályvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

Döntési szabály analitikai vizsgálatok esetében: a mintát megfelelőnek értékeljük, amennyiben a kiterjesztett mérési bizonytalansággal bővített mérési tartomány átfed az előírásban meghatározott intervallummal.

Döntési szabály mikrobiológiai vizsgálatok esetében: a vizsgálati eredmény a mérési bizonytalanság figyelembevételével kerül összevetésre az előírásban meghatározott intervallummal.

Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

A "NAH által nem akkreditált" megjelöléssel feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.


 Jegyzőkönyv
érvényesség
ellenőrzés.

 A NAH által NAH-1-1009/2019 számon
akkreditált vizsgálólaboratórium.

 Projekt:
Analitikai vizsgálat
(2023/E/05688)

 Vizsg. jegyzők. sz.:
813445/1;
2023. 07. 17.